



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA – Inmetro  
Av. Nossa Senhora das Graças, 50, - Bairro Xerém, Duque de Caxias, RJ, CEP 25250-020  
Telefone: (21) 2679-9547 - <http://www.inmetro.gov.br>

Ofício Circular nº 8/2019/Dimel-Inmetro

INMETRO/SEI/NÚMERO DO PROTOCOLO  
0052600.002727/2019-84

Duque de Caxias, 03 de abril de 2019.

Para:  
Dirigentes da RBMLQ-I

Assunto: **Exame Preliminar de Dispositivo Indicador (Suspensão)**

Prezados ,

Considerando que o Ofício Circular nº 51/Dimel, de 20 de julho de 2010 foi emitido sob a perspectiva da iminente revisão da Portaria Inmetro nº 236/1994, cujos novos requisitos dariam a sustentação técnica e legal necessárias à realização do exame preliminar em dispositivos indicadores a serem instalados em instrumentos de pesagem não automáticos.

Considerando que até o momento o referido regulamento encontra-se em revisão no âmbito da Comissão Técnica de Metrologia Legal (CT-ML) específica.

Considerando a necessidade de reavaliar os custos e os procedimentos para a execução da atividade.

Solicito aos órgãos da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade – Inmetro (RBMLQ-I) a **suspensão imediata** do exame preliminar de dispositivos indicadores até que sejam estabelecidos os requisitos e procedimentos necessários para a sua execução.

A inspeção visual e o exame funcional que compõem o dispositivo indicador deverão ser realizados dentro da verificação (inicial ou após reparo) do instrumento de pesagem no qual o dispositivo indicador for instalado, em conformidade com o item 9 do regulamento técnico metrológico aprovado pela Portaria Inmetro nº 236/1994.

A Dimel envidará todos os esforços para a retomada do exame preliminar em conformidade com os requisitos e procedimentos adequados.

Este ofício torna sem efeito as orientações contidas no Ofício Circular nº 51/Dimel de 20 de julho de 2010.

Atenciosamente,



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, § 1º, DO [DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015](#) EM 03/04/2019, ÀS 14:21, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR

**MARCOS TREVISAN VASCONCELLOS**

Diretor da Diretoria de Metrologia Legal, Substituto(a)

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.inmetro.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0343223** e o código CRC **E645B841**.



---

**Referência:** Caso responda este Ofício Circular, indicar expressamente o Processo nº 0052600.002727/2019-84

SEI nº 0343223